


CARACTERISTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS PARA TORRE DE CIRUGÍA LAPAROSCOPICA	CUMPLE			
	JANER DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS		Observaciones	
sistema bipolar avanzado C-6.29aiman para sellado y corte de vasos	Si			
cámara 4k	Si			
monitor 2d 4k und 31"	Si			
pie soporte para monitor 3d	Si			
plataforma de cámara 2d, 3mos cabeza cámara zoom	Si			
fuelle de luz LED	Si			
adaptador para cable de luz	Si			
cable de comunicación, full hd	Si			
cable de luz de 4.8mm 2.5 largo	Si			
floema insuflados con aspiración de humo	Si			
tubo co2 alta presión din/us 1.5	Si			
manguera insuflacion	Si			
bandeja optica para 1 optica hasta 340mm	Si			
optica gran angular 10,0mm	Si			
carro endoscopia	Si			
uni ag combi 300/100w	Si			
pedal proporcional 4m cable	Si			
Total positivos	17		0	0
Total de especificaciones	17		17	17
% de cumplimiento de especificaciones	100%		0%	0%


CONCEPTO:

El equipo en apoyo tecnológico ofertado por el proveedor, cumple con las especificaciones solicitadas por el Hospital Civil de Iquitos E.S.E



MARIO ANDRÉS ERAZO QUENGUAN

Coordinador Ingeniería Hospitalaria



LUIS ANTONIO GUZMAN

Subgerente de Prestación de Servicio H.C.I